

仕様書 NO. 1

1 品名 多機能簡易陰圧装置一式

2 数量 2式

3 仕様

機器構成	単 位	数量
<p>多機能簡易陰圧装置 AIRCLEAN AUTO NZ-S1 ACアシスト</p> <ul style="list-style-type: none">①陰圧室自動管理システム搭載②デジタル微差圧計③コントロールパネル④風量調整ダンパー⑤外気遮断ダンパー <p>※搬入据付費用（設置費・天井追加分ボード2重張り）を含むこと。</p>	式	2

4 納品場所 茨城県立こども病院

5 その他

- ①取扱い指導を実施すること
- ②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと

6 納入期限 令和5年1月31日

仕様書 NO. 2

- 1 品名 生体情報モニター式
 2 数量 1式
 3 仕様

機器構成	単 位	数 量
生体情報モニター式 (内訳) EV2460-BK 23.8型カラーワイド液晶ディスプレイ RAC-HP14SCW ディスプレイ設置/移動用カート PIMS連携作業 (既存MP70とバイタルデータの接続実施) ・既存MP70 (フィリップス社製) からバイタルデータの取得 を行うこと (ivz・m2z・モニタ割付画面の設定調整含む) ・LANTRONIX 2台 (予備含む) ・MIBケーブル 2本 (予備含む) ※搬入据付費用 (通線作業含む) を含むこと。	式	1 1 1 1

- 4 納品場所 茨城県立こども病院
 5 その他 ①取扱い指導を実施すること
 ②納入据付後、機器の調整を行い諸元の確認を行うこと
 6 納入期限 令和5年1月31日